



CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT SCRL

Sede: Via Traiano, 1 - 82100 - BENEVENTO (BN)
- pec: cerict@pec.it
Tel. 0824 305520 - Fax 0824 1711006

Verbale di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA DI GARA

Oggetto	ALLESTIMENTO LABORATORI E STRUMENTAZIONE PER STERILIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E CENTRIFUGAZIONE
Numero Gara	8227343
Importo di gara	€ 570.000,00

LOTTO N. 1

Oggetto	ALLESTIMENTO LABORATORI
CIG	884016923D
CUP	B81C17000050007
Importo di gara	€ 410.000,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

Che, con primo verbale in data 09.09.2021 qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo, verificando la seguente situazione:

Partecipante	Protocollo	Offerta
AHSI S.P.A. - P.IVA:02481080964 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n. del 03/09/2021	AMMESSA
MOMO LINE SRL - P.IVA:02701341212 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n. del 03/09/2021	AMMESSA
I.L.C.GROUP SRL - P.IVA:06525311210 Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	n. del 03/09/2021	AMMESSA

In data 09/09/2021 alle ore 10:30, il Presidente dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" dei concorrenti

La seduta viene sospesa in data 09/09/2021, alle ore 18.30, per essere poi ripresa in data 10/09/2021 alle ore 10.00.

Nella valutazione delle offerte tecniche pervenute e nelle more dei requisiti minimi la Commissione ha ritenuto di escludere dalla procedura le seguenti Aziende concorrenti:

Partecipante	Valutazione
AHSI S.P.A. Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Esclusa Motivazione: I requisiti tecnici minimi richiesti dal capitolato di gara non vengono rispettati. (vedi dettaglio in calce)
MOMO LINE SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Esclusa Motivazione: I requisiti tecnici minimi richiesti dal capitolato di gara non vengono rispettati. (vedi dettaglio in calce)

<p>I.L.C.GROUP SRL</p> <p>Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)</p>	<p style="text-align: center;">Esclusa</p> <p style="text-align: center;">Motivazione:</p> <p>Le certificazioni richieste nel capitolato di gara non sono state allegate</p> <p>I requisiti tecnici minimi richiesti dal capitolato di gara non vengono rispettati. (vedi dettaglio in calce)</p>
--	--

Dettagli tecnici della motivazione:

Azienda: AHSI SPA


- La profondità del piano di lavoro dei banchi proposti in alcuni laboratori è difforme da quanto richiesto dal Capitolato;
- Il raggio del braccio telescopico dei nasi aspiranti richiesti in vari laboratori non è esplicitato;
- La cappa a flusso laminare ha una profondità del piano di lavoro difforme da quanto richiesto;
- La richiesta del soffitto componibile modulare in camera fredda non viene evasa;
- Le portate dei ripiani degli armadi di stoccaggio non vengono rispettate;
- Gli appendiabiti da laboratorio richiesti negli spogliatoi non sono presenti.

Azienda: MOMO LINE

- La profondità del piano di lavoro dei banchi proposti in alcuni laboratori è difforme da quanto richiesto dal Capitolato;
- La cappa a flusso laminare ha una profondità del piano di lavoro difforme da quanto richiesto;
- Le portate dei ripiani degli armadi di stoccaggio non vengono rispettate;
- Gli sgabelli non rispettano le unità richieste da Capitolato;

Azienda: I.L.C. GROUP srl

- Le certificazioni richieste secondo le normative vigenti non sono state prodotte;
- La cappa chimica non rispetta alcune delle caratteristiche richieste da capitolato;
- La cappa a flusso laminare ha una profondità del piano di lavoro difforme da quanto richiesto;
- Gli armadi di sicurezza non sono dotati di chiusura magnetica automatica come richiesto;



- La descrizione tecnica degli armadi da laboratorio non permette di valutare la portata delle mensole e altre caratteristiche;
- Il raggio del braccio telescopico dei nasi aspiranti richiesti in vari laboratori non è esplicitato;
- Le lunghezze complessive di alcune pareti attrezzate non rispettano i requisiti richiesti;
- Frigorifero +4°C e congelatore -20°C non rispettano alcune delle caratteristiche richieste

Pertanto, in mancanza di requisiti minimi tecnici e dell'attribuzione dei relativi punteggi, la procedura di gara viene terminata e non si procede alla fase successiva di apertura delle buste economiche, circostanza certificata dalla Piattaforma di e-procurement Traspare.

La fornitura oggetto del Lotto 1 non può quindi essere aggiudicata a nessun partecipante.

Alle ore 18:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Prof. Vittorio COLANTUONI



Il Componente

Dott. Livio MUCCILLO



Il Componente

Dott. ssa Angela Maria CUSANO